



Anexă
la HCG nr. 38/R.03.2024

DATE DE IDENTIFICARE

ale bunului mobil aparat radiologic portabil

Nr. crt.	Nr. inventar	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de indentificare	Valoare de inventar lei	Anul dobândirii	Situația juridică
1	211585	2.1.25.3	Aparat radiologic mobil	Sistem de radiografie mobil digital cu FPD Funcții generale: -generator de înaltă tensiune -puterea generatorului ≥ 32 kW -frecvența generator ≥ 60 kHz -interval tensiune tub ≤ 40 kV până la ≥ 2133 kV -curent maxim al tubului ≥ 400 mA -interval mAs ≤ 0.32 până la ≥ 320 -timp minim de expunere: maxim 2.0 msec -tub de raze X cu două puncte focare -focar mic: max. 0.7 mm -focar mare: min 1.3 mm Alimentare: -tensiune de alimentare :220-230V +/-10% -frecvența 50/60 Hz -sistem de tip inch-mover pentru poziționarea ușoară a unității prin apăsarea unui buton -cod minim de 4 culori oentru indicarea statusului de : expunere/ standby/ready etc Detector digital wireless	818.672,40	2024	Contract nr. 6379/2022-S din 10.03.2022